



# CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA TYPU WE NR PL 04 009

## CERTIFICATE OF EC TYPE APPROVAL NO PL 04 009

Wydany przez: GŁÓWNY URZĄD MIAR  
Issued by: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Jednostka  
Notyfikowana: 1440  
Notified Body:


Na podstawie: rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), wdrażającego Dyrektywę Rady 90/384/EWG zmienioną Dyrektywą Rady 93/68/EWG  
In accordance with: regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment (implementing Council Directive 90/384/EEC amended by Council Directive 93/68/EEC)

Wnioskodawca: "MASA" Kompleksowe Systemy Ważące – Zenon Kolankowski  
Issued to: ul. Leśna 7, 76-200 Słupsk

Dotyczy: nieautomatycznej elektromechanicznej wagi samochodowej, wagonowej, platformowej, zbiornikowej, z lub bez układu dźwigniowego, jedno- lub dwudziałkowej, jedno- lub dwuzakresowej  
In respect of: electromechanical truck, rail, weighbridge, platform, hopper or tank, with or without lever system, one- or two-interval, one- or two-range non-automatic weighing instrument

typ: MR200  
type:

klasa dokładności:  
accuracy class:



Max:  $500 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 150 \text{ t}$

n:  $\leq 3\,000$  dla klasy III  $\leq 1\,000$  dla klasy IIII

e:  $\text{Max} / n$

Wniosek końcowy: waga nieautomatyczna spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)  
Final statement: non-automatic weighing instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment

Data ważności: 17.06.2014  
Valid until:

Liczba stron: 11  
Number of pages:

Numer sprawy: 333-JC16-04/417-29  
Reference number:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, zawarte są w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.

The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.



Warszawa, 17.06.2004

Aneta Lato-Zuchowska  
Wiceprezes

Niniejszy certyfikat zatwierdzenia typu WE może być powielany wyłącznie w całości. Certyfikat nie jest ważny bez podpisu i pieczęci.  
This EC type-approval certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.